



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

СН.С.28.004.А № 56783

Срок действия до 15 сентября 2019 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Акселерометры трехосевые MS2002+

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Фирма SYSCOM Instruments SA, Швейцария

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № **58470-14**

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
МП 58470-14

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ **1 год**

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **15 сентября 2014 г. № 1337**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства


Ф.В.Бульгин



" 25 " 09 2014 г.

Серия СИ

№ 016855

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Акселерометры трехосевые MS2002+

Назначение средства измерений

Акселерометры трехосевые MS2002+ предназначены для измерения виброускорения.

Описание средства измерений

Принцип действия акселерометров основан на использовании МЭМС-технологии (микроэлектромеханические системы) - это устройства, объединяющие в себе микроэлектронные и микромеханические компоненты. Акселерометры изготовлены на кремниевой подложке с помощью технологии микрообработки, аналогично технологии изготовления интегральных микросхем.

Акселерометры трехосевые MS2002+ представляют собой функционально законченный модуль, объединяющий в своей конструкции жёсткий корпус с заключённым внутри него чувствительным элементом и электронной схемой. Чувствительный элемент является составной частью конденсатора переменной ёмкости, который под воздействием измеряемого ускорения изменяет своё положение в пространстве, изменяя тем самым ёмкость конденсатора и частоту связанного с ним генератора. Эти изменения демодулируются в выходной сигнал, пропорциональный измеряемому ускорению.

Данные акселерометры относятся к преобразователям параметрического типа, т.е. имеют нижнюю граничную частоту, равную нулю. На корпусе акселерометра установлен электрический разъём для передачи по кабелю сигнала на внешний контроллер.

Внешний вид акселерометров трехосевых MS2002+ приведен на рисунке 1.



Рисунок 1 – Внешний вид акселерометров трехосевых MS2002+.

Метрологические и технические характеристики

Таблица 1

Наименование характеристики	Значение
Диапазон измерения виброускорения, m/s^2	± 10
Диапазон рабочих частот, Гц	от 0 до 45
Номинальный коэффициент преобразования на базовой частоте 20 Гц, $V/(m \cdot s^{-2})$	0,2

Отклонение коэффициента преобразования от номинального значения, В/(м·с ⁻²)	±0,008
Пределы основной приведенной погрешности измерения виброускорения в диапазоне измерений и диапазоне рабочих температур, (м·с ⁻²)	±0,5
Неравномерность амплитудно-частотной характеристики в диапазоне рабочих частот, %	±1
Относительный коэффициент поперечного преобразования, В/(м·с ⁻²), не более	0,003
Отклонение коэффициента преобразования от номинального значения в диапазоне рабочих температур, В/(м·с ⁻²)	±0,004
Напряжение питания, В	±5 (±5 %)
Условия эксплуатации: диапазон рабочих температур, °С	от минус 30 до 70
Масса, г, не более	500
Габаритные размеры (высота×длина×ширина), мм, не более	57×80×75

Комплектность средства измерений

Акселерометр трехосевой MS2002+	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Методика поверки	1 экз.

Поверка

осуществляется по документу МП 58470-14 «Акселерометры трехосевые MS2002+ фирмы SYSCOM Instruments SA, Швейцария. Методика поверки», утверждённому ФГУП «ВНИИМС» 26 августа 2014 года.

Основные средства поверки: поверочная вибрационная установка 2-го разряда по ГОСТ Р 8.800-2012; мультиметр Agilent 34410A (г/р № 33921-07).

Сведения о методиках (методах) измерений

Руководство по эксплуатации «Акселерометры трехосевые MS2002+».

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к акселерометрам трехосевым MS2002+

Техническая документация фирмы SYSCOM Instruments SA, Швейцария.

ГОСТ Р 8.800-2012 ГСИ «Государственная поверочная схема для средств измерений виброперемещения, виброскорости и виброускорения в диапазоне частот $1 \cdot 10^{-1}$ до $2 \cdot 10^4$ Гц».

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

Выполнение работ по оценке соответствия промышленной продукции и продукции других видов, а также иных объектов установленным законодательством Российской Федерации обязательным требованиям.

Изготовитель

Фирма SYSCOM Instruments SA, Швейцария
Адрес: Rue de l'Industrie 21, CH-1450 Ste-Croix, Switzerland.

Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью «Атомсейсмоизыскания» (ООО «Атомсейсмоизыскания»), г. Москва

Адрес: 125040, г. Москва, ул. Скаковая, д. 32, стр. 2, оф. 43Б

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС»)

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д.46

Тел./факс: (495)437-55-77 / 437-56-66;

E-mail: office@vniims.ru, www.vniims.ru

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 27.06.2013 г.

Заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии



Ф.В. Бульгин

М.п.

«25» 09 2014 г.

ПРОШНУРОВАНО,
ПРОНУМЕРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
3 (три) ЛИСТОВ(А)

